



# S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: [apacanal@apaoradea.ro](mailto:apacanal@apaoradea.ro)

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Achiziții Publice

Nr. 29512 din 13.09.2018

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ

Prin prezenta solicităm oferta de preț în vederea achiziționării unei bucați - *Alcooltest profesional*, necesare activității S.S.M.MEDIU Calitate apă, cu următoarele specificații:

### SPECIFICATIILE TEHNICE:

- Testare rapidă a prezenței alcoolului în respirație;
- Senzor electrochimic specific pentru alcool;
- Domeniul de măsură 0-2,5 mg/L (sau 0-5 ‰) alcool în respirație;
- Eroare standard  $\pm 0.008$  mg/L, drift  $<0,6\%$  din valoarea măsurată/luna;
- Prelevare probă de respirație în mod automat la atingerea unui volum minim de aer expirat;
- Aparat portabil cu afișaj digital, sigur, fiabil și ușor de utilizat;
- Pornire rapidă, în circa 2 secunde să fie gata pentru testare;
- Măsurători rapide și precise;
- Posibilitate de efectuare:
  - *Test pasiv* semnalează prezența alcoolului dacă subiectul sulfă sau vorbește la câțiva centimetri de aparat fără a fi nevoie de muștiucul igienic de unică folosință
  - *Test direct* în caz că la testul pasiv, se semnalează prezența alcoolului se pot face măsurători precise utilizând muștiucul igienic.
- Rezultatele determinărilor să poată fi tipărite pe hârtie cu imprimantă portabilă, cu comunicare optică (fără cablu) și să poată fi descărcate pe calculator prin cablu de conectare și soft special.
- Afișarea valorii măsurate în circa 3 sec. pentru 0 mg/L sau circa 10 sec. pentru 50 mg/L;
- Temperatura de lucru  $-5...+50^{\circ}\text{C}$ , umiditate 10...100% RH fără condens, presiune 600...1400hPa;
- Afișaj digital și diferite semnale sonore și luminoase pentru indicații funcționale și eroare;
- Memorie pentru valorile măsurate;
- Alimentare cu baterii/acumulatori și consum redus de energie;
- Muștiuc igienic, ambalat individual, ușor de montat;
- Carcasă rezistentă la șoc.

**Persoana de contact:** ing. Mihaela Ungur - tel: 0733/050.915

**Valoarea estimată a achiziției:** 5.000,00 lei fără TVA.

**Criteriul de atribuire:** prețul cel mai scăzut

**Modul de finalizare a achiziției directe:** încheierea unui contract de furnizare. Câștigătorul achiziției directe va introduce în catalogul electronic al achizițiilor publice de pe SEAP oferta câștigătoare, pentru a putea finaliza achiziția.

**Termenul de livrare:** Specificați termenul de livrare al produselor,

**Termenul de garanție:** Specificați termenul de garanție al produselor.

**Produsul la livrare va fi însoțit de:**

- Certificat de garanție.

**Oferta financiara** va fi DDP – S.C. Compania de Apa Oradea S.A., Magazia nr. 6 - str. Barcăului nr. 202, Oradea, cod poștal: 410257 - telefon 0259/454.677

Oferta va fi exprimata in lei fără T.V.A., iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către achizitor.

Oferta va fi depusă în plic închis și sigilat cu mențiunea ofertă „*Alcooltest profesional*,” la secretariatul S.C. Compania de Apă Oradea S.A, str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, până la data de **20.09.2018, ora 15<sup>30</sup>**, având perioada de valabilitate de **60 zile** de la data limită de depunere a ofertelor.

Vă mulțumim pentru colaborare.