

AP 179/23.05.2019

d.02 Samaras

CAIET DE SARCINI 2019-2020

Privind achiziționarea unui serviciu de mentenanță a echipamentelor de încercare și /sau măsurare din cadrul Laboratorului de Apă Potabilă.

Scopul serviciului de mentenanță pentru echipamentele este de a preveni și evita defecțiunile în funcționarea echipamentelor de încercare și /sau măsurare.

Serviciile de mentenanță periodice constau în:

- efectuarea de verificări mecanice și electrice în conformitate cu prevederile instrucțiunilor de exploatare și întreținere (carte tehnică) ale fiecărui echipament;
- constatarea/diagnosticarea stării tehnice a echipamentelor;
- recomandări pentru remedierea defectelor constatate.
- recomandări privind utilizarea corectă a echipamentelor

Serviciile de mentenanță periodice în perioada de post-garanție se execută odată pe an pentru fiecare echipament de măsurare și/sau încercare din dotarea laboratorului.

1. Aparat de distilat :

- curățarea blazului de distilare, verificarea comp. electrice (senzori de nivel, rezistențe, etc.)

2. Conductometru

- verificarea constantei celulei cu soluție etalon certificată valabilă ;

3. Balanțe analitice+tehnice

- verificare cu greutăți etalon certificate de 2 g ,20 g și 200 g;

4. pH-metru

- Calibrare în trei puncte cu soluție etalon, verificare precizie ;

5. Spectrofotometru

- Verificare max. de absorbție cu filtru de oxid de holmiu certificat ;

6. Autoclavă – Verificare ISCIR a supapei de siguranță cu buletin de verificare .

După finalizarea fiecărui control al aparaturii se întocmește un Proces Verbal de Inspecție Periodică de asigurare a mentenanței .

Prestatorul va asigura beneficiarului, instrucțiuni de exploatare și întreținere curentă a utilajelor, valoarea manoperă/aparat - pentru fiecare tip de utilaj în parte, pe categorie de lucrări și norme de timp oferite.

Pentru reparații -Firma de service va trimite un ing. de service în maxim 5 zile lucratoare de la sesizarea făcută de către beneficiar cu privire la o defecțiune. Piese de schimb eventuale unei reparații se facturează separat.

Deplasarea suplimentară contractului în cazul unei defecțiuni se va factura separat .(Dacă există solicitarea beneficiarului) Manopera aferentă acestor intervenții nu se facturează, prețul fiind inclus în contractul de mentenanță / aparat .

Firma de service va face două deplasări, respectiv în luna iunie 2019 și luna Ianuarie 2019. (defalcarea echipamentelor pentru cele două deplasări se găsește în anexă).

Reparațiile post garanție apar ca o necesitate în urma constatărilor și recomandărilor făcute cu ocazia serviciilor de mentenanță periodice, sau ca urmare a unor constatări făcute de personalul de exploatare a acestor echipamente.

CONDITII SUPLIMENTARE

- beneficiarul pune la dispoziția prestatorului de servicii documentația tehnică emisă de producător pentru întreaga gamă de utilaje, astfel încât lucrările de service să nu conducă la modificarea parametrilor de funcționare a acestora.

- oferta prezentată de prestator va cuprinde distinct contravaloarea serviciului de întreținere raportat la un an de zile, pentru echipamentele cuprinse în Anexa 1, respectând normele de exploatare și întreținere impuse de fabricant.

- firma câștigătoare a service-ului va dispune de toate echipamentele necesare unei intervenții prompte și de calitate.


- se va întocmi un program de mentenanță eșalonat pe anul 2019 - 2020 pentru echipamentele din laborator.

- firma participantă să posede mijloacele de comunicare și transport necesare pentru a asigura o intervenție promptă.

- firma participantă să dispună de etaloane primare și secundare pentru echipamente.

- **Valoarea aproximativă a contractului este 5000 RON.**

**Șef Laborator Apă Potabilă
Ing. Gelu MĂNĂȘTUREAN**



ANEXA 1

Lista echipamentelor pentru care se solicită efectuarea mentenantei

Nr. crt.	Denumirea echipamentului	Tipul aparatului	Firma producătoare	Seria, an de fabricație	Timp	Tarif service / intervenții RON
1.	Aparat de distilat	2104	GFL	10283898 H 1998	Ianuarie 2020	
2.	Aparat de distilat	2104	GFL	10283798 H 1998	Iunie 2019	
3.	Conductometru	150	Orion	31979 1996	Ianuarie 2020	
4.	Conductometru	150	Orion	31978 1996	Iunie 2019	
5.	Balanță tehnică	BW 6205	Simadzu	441000067 2004	Ianuarie 2020	
6.	pH - metru	420 A	Orion	32749 1999	Ianuarie 2020	
7.	pH - metru	420 A	Orion	32782 2008	Iunie 2019	
8.	Spectrofotometru	Zeta	Thermo	0950023 2010	Ianuarie 2020	
9.	Spectrofotometru	Helios Delta	Unicam	065002 1997	Iunie 2019	
10.	Spectrofotometru	Helios Delta	Unicam	065001 1999	Iunie 2019	
12.	Balanță analitică	AG 245	Mettler - Toledo	11174772391 1998	Iunie 2019	
13.	Balanță analitică	AG 245	Mettler - Toledo	11174772390 1998	Iunie 2019	
14.	Autoclavă	VB 90	SYSTEC		Ianuarie 2020	
15.	Autoclavă	VX 90	SYSTEC		Ianuarie 2020	
	Deplasare				Ianuarie 2020	
	Deplasare				Iunie 2019	

Șef Laborator Apă Potabilă
Ing. Gelu MĂNĂȘTUREAN

